Ajustes de control de luz de danalogic Extend BTE LED

	Acción del software	Encender	Apagar	En cargador		Batería baja
				Cargando	Completamente cargada	
Ajustes de control de la luz LED	Desactivado					
	Un parpadeo					
	Parpadeo continuo					

	Acción del software	Cambiar volumen	Límite de volumen	Estado del programa	Entrada audio directa (DAI)	Modo de vuelo
Ajustes de control de la luz LED	Desactivado	Sin luz	Sin luz	Sin luz	Sin luz	Sin luz
	Un parpadeo	1 x al pulsar	1 x cuando se alcanza	Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 1 x al pulsar	1 x cuando se activa	1 x cuando se activa (1 parpadeo largo, luego cuatro parpadeos dobles)
	Parpadeo continuo	1 x al pulsar	1 x cuando se alcanza	Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 1 x al pulsar	1 x cuando se activa	1 x cuando se activa (1 parpadeo largo, luego cuatro parpadeos dobles)

Notas:

- El aviso de batería baja tiene prioridad sobre el resto de indicadores.

Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: **danalogic.es/patient-portal**

La elección correcta para el NHS

danalogic GN

Reino Unido 10.84 A 7.2024